

簽審文件號碼：DHA05603774504

# 衛生福利部醫療器材許可證

衛部醫器輸字第 037745 號

製造許可編號：QSD14734

中文品名：爾傑雷射儀

英文品名：Laserpen

類 別：第 O 類：物理醫學科學

醫療器材商名稱：海金龍企業有限公司

規格或型號：132、134、136、139

製造業者名稱：Reimers & Janssen GmbH

以下空白


製造業者地址：Mahlower Str. 23 12049  
Berlin, Germany

效能、用途 或 適 應 痘：詳如核定之中文說明書

前項醫療器材經本部審核與醫療器材管理法之規定相符合應發給許可證以資證明

衛生福利部部長

# 邱泰源



核准展延至	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
文號				

其 他	變 更 事 項	核 准 文 號	核 准 日 期	變 更 事 項	核 准 文 號	核 准 日 期



海金龍企業有限公司  
彰化市陽明街 150 號  
04-7203587

英文名稱：LaserPen

中文名稱：爾傑雷射儀

衛部醫器輸字第 037745 號

廠牌：Reimers & Janssen GmbH 德國製

1. 規格說明

- 132 雷射波長 810nm 功率:Max 200mW
- 134 雷射波長 810nm 功率:Max 500mW
- 136 雷射波長 638nm 功率:Max 150mW
- 139 雷射波長 904nm 功率:Max 90W 200ns

2. 內建治療程式

Nogier/BAHR/Meridian/Reininger 等

3. 時間和雷射功率依治療模式自行設定

時間-最小間隔調整 10 秒；最大值 60 分鐘

雷射功率-間隔調整 10 毫瓦

4. 螢幕顯示方式：螢幕動態療程顯示

5. 操控方式：面板按鍵設定照射時間、雷射輸出功率及治療參數

6. 診斷功能：RAC 診斷

7. 電源供應

主機使用鎳氫電池(可重覆充電)；座機提供主機充電及雷射功率檢測用；

電源供應器輸入電源 115~230V AC/50-60 Hz。

8. 雷射功率輸出檢測-IR test



海金龍企業有限公司  
彰化市陽明街 150 號  
TEL: 04-7203587  
聯絡：羅先生  
0921722583  
luke@gsdtec.com.tw